

Szczecin, 13-07-2022 r.

Dotyczy postępowania na: Dostawa aparatów RTG ramię C
Znak sprawy DAM-2416-48/2022

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:


1. Dotyczy: PAKIET 1: punkt nr. 48

Czy Zamawiający dopuści ramię C bez automatycznej regulacji częstotliwości fluoroskopii do szybkości ruchu w polu obrazowym detektora?

Oferowane przez Nas rozwiązanie posiada szereg opcji pozwalających otrzymywać możliwie najlepszy klinicznie obraz jednakże automatyczna zmiana częstości pulsów w polu obrazowym to zadanie operatora a nie technologii. Ponadto wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję i promuje rozwiązania firmy Timko sp. z o.o. z aparatem firmy ZIEHM.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy w tabeli Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Pakietu nr 1.

Zamawiający załącza aktualny formularz ofertowy.


KIEROWNIK
Działu Aparatury Medycznej
mgr inż. Jakub Szydłowski