

Szczecin, 14-07-2022 r.

Dotyczy postępowania na: Dostawa aparatów RTG ramię C
Znak sprawy DAM-2416-48/2022

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Dotyczy: PAKIET 1: punkt nr 35

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że technologie detektorów cyfrowych opisane w tym punkcie znacząco różnią się i mogą powodować otrzymanie aparatu gorzej klasy.

Technologia CMOS jest bardziej zaawansowana technologicznie i znacząco obniża dawkę dla pacjenta podczas zabiegów niż technologia aSi.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie frazy „lub detektor wykonany w technologii typu aSi”.

Wykreślenie tego zapisu spowoduje otrzymanie przez zamawiającego detektorów i aparatów tej samej klasy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy w tabeli Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Pakietu nr 1.

Zamawiający załącza aktualny formularz ofertowy.

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Aparatury Medycznej
Aldona Śmigieńska-Gawin

Z-CA DYREKTORA
ds. Eksploatacyjne i Technicznych
SFSK I
mgr inż. Robert Wyrostkiewicz